

# 令和5年度

単位(Bq/kg)

		5/23	5/24	8/1	11/20	11/21	2/20	2/21
保呂羽浄水場	Cs-134		0.7未満	0.7未満		0.8未満		0.6未満
	Cs-137		0.7未満	0.8未満		0.8未満		0.7未満
石越浄水場	Cs-134		0.8未満	0.9未満	0.8未満			0.8未満
	Cs-137		0.9未満	0.8未満	0.7未満			0.7未満
錦織浄水場	Cs-134	0.8未満		0.7未満		0.7未満	0.6未満	
	Cs-137	0.8未満		0.8未満		0.6未満	0.7未満	
米谷浄水場	Cs-134	0.7未満		0.8未満		0.6未満	0.8未満	
	Cs-137	1.0未満		0.8未満		1.0未満	0.9未満	
米川浄水場	Cs-134		0.7未満	0.8未満		0.7未満	0.6未満	
	Cs-137		0.7未満	0.7未満		0.6未満	0.7未満	
楼台浄水場	Cs-134	0.8未満		0.7未満		0.8未満	0.7未満	
	Cs-137	0.9未満		0.9未満		1.0未満	0.7未満	
大萱沢浄水場	Cs-134	0.9未満		0.9未満		0.5未満	0.7未満	
	Cs-137	0.5未満		0.7未満		0.7未満	0.8未満	
合ノ木浄水場	Cs-134	0.7未満		0.9未満		0.6未満	0.7未満	
	Cs-137	0.8未満		0.8未満		0.5未満	0.9未満	
大綱木浄水場	Cs-134	0.8未満		0.6未満		0.6未満	0.7未満	
	Cs-137	0.8未満		0.8未満		0.7未満	0.6未満	